

胸腔引流管留置之注意事項

一、放置胸腔引流管之目的

引流肋膜腔內的空氣及血液，使肺部擴張，恢復換氣功能。

二、常見胸腔引流管的種類

胸管及Pig-tail（俗稱豬尾巴），醫師會依狀況選擇。

三、胸腔引流管留置後注意事項

- 確保管路功能良好，須觀察瓶內液體浮動情形：
 - 正常:吸氣時，引流管液面會上升；吐氣時，液面會下降。
 - 異常:咳嗽或呼吸時持續出現氣泡。
- 臥床時採半坐臥姿，以利引流及肺擴張。
- 改變姿勢或下床時，要隨時注意管路長度，且須將胸腔引流管夾固定於衣服上，避免拉扯管路或扭折。
- 引流瓶須保持低於胸腔60公分處，避免瓶內液體逆流回肋膜腔。
- 引流瓶應置放於引流瓶架上並維持直立，防止引流瓶傾倒及碰撞。
。若發生引流瓶翻倒或破損，請立即反折胸管及告知醫護人員。
- 時常練習深呼吸（緩慢吸飽氣，屏住氣 3 秒以上再慢慢將氣體吐出）及使用三球式呼吸訓練器。
- 胸腔引流管留置期間禁止洗澡，請改以擦澡方式。

四、胸腔引流管移除時機

醫師會每日進行評估，符合以下狀況：

- 引流液每日小於 100cc。
- 胸腔引流瓶內氣泡消失。
- 無呼吸困難之症狀。
- 胸部X光片顯示肺部擴張良好。

新北市立聯合醫院 胸腔外科編撰