



真心關懷
擁抱健康

成為在地民眾最信賴的健康促進醫院



全人醫療 優質專業 關懷弱勢 深入社區 健康促進 三重 院區 板橋 院區 成為在地民眾最信賴的健康促進醫院

骨材術後衛教說明

醫療器材名稱：骨材。。

醫療器材說明

含生長因子骨水泥，其成分不僅已含鋇劑（顯影劑），並且操作時間較一般傳統骨水泥更長，以及發熱最高溫度也比一般傳統骨水泥更低，使手術過程更趨安全及易掌控；成分中包含生長因子（HA），於手術後，有利於使手術節段之脊椎椎體更加穩固。

使用時機

脊椎椎體骨因骨質疏鬆，或受極強力外力因素導致脊椎椎體壓迫性骨折而塌陷、椎體結構不穩固所造成的疼痛。

可能副作用

- 因椎體骨折形成的外層硬質骨破裂，骨水泥於灌注時，從椎體內經由破裂處流至神經及神經根，導致神經壓迫約 0.16 %。
- 骨水泥灌注入脊椎椎體時，因脊椎椎體內血液流動緣故，使骨水泥流向靜脈血管，導致其將靜脈血管阻塞 0.17 %；腦脊髓液外漏 8.1 %。

術後照護須知

- 傷口定時更換，勿碰到水。
- 出院前請向您的醫師或護理師諮詢輔助器具的穿著時機。

108.06 20-A8-030

新北市立聯合醫院關心您
聯絡電話 (02) 2982 9111 分機 3200
若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡