



脊椎骨板術後衛教說明

醫療器材名稱:脊椎骨板。

醫療器材說明

此鈦金屬固定鋼板於脊柱前位減壓手術完成後,將椎體連接固定 成一體上,以提供較佳之骨融合。

使用時機

脊椎狹窄或滑脫。

可能副作用

- 骨板鬆脫造成吞嚥困難或食道傷害。
- 局部感染。

術後照護須知

- 傷口定時更換,勿碰到水。
- 出院前請向您的醫師或護理師諮詢輔助器具的穿著時機。

112.01 20-A8-033



新北市立聯合醫院關心您 聯絡電話 (02) 2982 9111 分機 3200 若有任何疑問,歡迎您與我們聯絡